

Reinraum



Klasse 1000 für die Bedampfung optischer Gläser im Hochvakuum.

Die Aufdampfanlage und die Steuerschränke sind staubdicht in die Reinraumwand eingebaut. Nur die Bedienseiten sind im Reinraum zugänglich.

Der Anlagenteil und die Pumpen können vom Servicepersonal im Grauraum gewartet werden.